

EG-Herstellererklärung

Hersteller: Suchy Messtechnik
Garnsdorfer Hauptstraße 116
09244 Lichtenau

Produktname: Rohrfedermanometer

Typ: MR-30 F 100, MR-35 F 100,
MR-30 F 160, MR-35 F 160

Messbereiche von -1 bis 160 bar
nach Datenblatt M 330 01

Baujahr: ab 2011

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass diese Druckmessgeräte die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG erfüllen und entsprechend geltender guter Ingenieurpraxis ausgelegt und gefertigt sind.

Aufgrund des Konformitätsbewertungsverfahrens wurden diese Druckmessgeräte in die Kategorie I eingestuft und nach dem Modul A bewertet.



Lichtenau, 26.01.2011

Frank Suchy, Geschäftsinhaber