

EG-Konformitätserklärung

Hersteller: Suchy Messtechnik
 Garnsdorfer Hauptstraße 116
 D-09244 Lichtenau / Garnsdorf

Rohrfedermanometer Typ MR-30 100, MR-35 100
 MR-30 160, MR-35 160
 Messbereiche von 250 bar bis 1.600 bar
 nach Datenblatt M 320

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass diese, mit den CE-Kennzeichen gekennzeichneten Druckmessgeräte die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 97 / 23 / EG erfüllen.

Auf Grund des Konformitätsbewertungsverfahrens wurden diese Druckmessgeräte in die Kategorie I eingestuft und nach dem Modul A bewertet.

Lichtenau, den 30.04.2005



Frank Suchy

Geschäftsinhaber
Suchy Messtechnik
Garnsdorfer Hauptstraße 116
D-09244 Lichtenau