

**EU-Konformitätserklärung
nach Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU
nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU**

Hersteller: Suchy Messtechnik
Garnsdorfer Hauptstraße 116
D-09244 Lichtenau

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Digitalmanometer gemäß den gültigen Datenblättern

Typenbezeichnung mit Datenblatt:

**SD-130
SD-134, SD-135**

**– Datenblatt SD 130
– Datenblatt SD 134**

den wesentlichen Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entsprechen.

2014/68/EU – Druckgeräte-Richtlinie
2014/30/EU – EMV-Richtlinie EN 61326-1:2013
2011/65/EU – RoHS EN 50581:2012

Druckmessgeräte mit Messbereichen ab 200 bar fallen ihrer Art nach unter „Druckhaltende Ausrüstungsteile“. Aufgrund des Konformitätsbewertungsverfahrens wurden diese Druckmessgeräte in die Kategorie I eingestuft und nach dem Modul A bewertet.



Frank Suchy

Lichtenau, den 26.01.2018

Geschäftsinhaber
Suchy Messtechnik
Garnsdorfer Hauptstraße 116
D-09244 Lichtenau