

EU-Konformitätserklärung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Hersteller: Suchy Messtechnik GmbH
Garnsdorfer Hauptstraße 116
D-09244 Lichtenau

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Plattenfedermanometer und Plattenfedersicherheitsmanometer in Edelstahlausführung, mit und ohne Glycerinfüllung, gemäß den gültigen Datenblättern

Typenbezeichnung mit Datenblatt:

MP-30 100, MP-30 160, MP-30 F 100, MP-30 F 160 – Datenblatt M 550
MP-36 100, MP-36 160, MP-36 F 100, MP-36 F 160 – Datenblatt M 551

den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, Explosionsschutz - ATEX-Richtlinie, festgelegt sind.

Für den Einsatz gilt folgende Erklärung:
Diese Druckmessgeräte sind „nicht-elektrische Produkte“ im Sinne der ATEX-Richtlinie und besitzen keine wirksame Zündquelle.

Es ist die Übereinstimmung durch Erfüllung der einschlägigen Normen DIN EN 80079-36:2016 und EN 80079-37:2016 gegeben. Die technische Dokumentation ist entsprechend Artikel 13 (1) b) ii) der RL 2014/34/EU bei der benannten Stelle IBExU (EU-Kenn-Nr. 0637) hinterlegt.

Kennzeichnung:

  II 2G/2G Ex h IIC T6...T4 Gb/Gb X
II -/2D Ex h IIIC T80 °C...T100 °C -/Db X

T Umgebung -25°C bis +60°C, T Medium im Gerät -20°C bis + 100°C



Frank Suchy

Lichtenau, den 19.08.2025

Geschäftsführer
Suchy Messtechnik GmbH
Garnsdorfer Hauptstraße 116
D-09244 Lichtenau